





产品质检报告

报告编号: KH2024082901

产品信息	产品货号	KM0319-1		产品批号	240815		
	产品名称	0.9%无菌氯化钠溶液		生产日期	2024.08.15		
	产品规格	10ml		有效日期	2025.08.14		
	灭菌方式	钴 60 辐照		检验日期	2024.08.15		
外观理化检测	检测项目	标准指标			检测结果		
	培养基颜色	透明液体			合格		
	澄清度	澄清透明			合格		
	杂质	无肉眼可见杂质			合格		
	灌装装量	10ml			合格		
	pH (25°C)	/			/		
	包装	包装完整, 无破损, 无漏液现象			合格		
无菌检测	检测培养基	检测培养基量	生长情况	菌落特征/生化反应			
	硫乙醇酸盐流体培养基	10ml/支*3 支	澄清	/			
	胰酪大豆胨液体培养基	10ml 支*3 支	澄清	/			
	备注: /						
检验结果:							
<div style="display: inline-block; border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px;">检验合格</div> <div style="display: inline-block; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 10px; text-align: center;">质检专用章 QUALITY INSPECTION 南通凯恒生物科技发展有限公司 NANTONG KAIHENG BIOLOGY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD.</div>							
检验人:		复核人:		审核人:		日期:	2024.08.29